




“Invacare® Medley® Ergo”

Medley Ergo, Medley Ergo Low

lv Gulta

Lietotāja rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata JĀIZSNIEDZ izstrādājuma lietotājam. PIRMS šī izstrādājuma lietošanas ir JĀIZLASA šī rokasgrāmata un jāuzglabā turpmākai izmantošanai.



Yes, you can.

Satura rādītājs

1	Vispārīga informācija	3
1.1	Ievads	3
1.2	Simboli šajā dokumentā	3
1.3	Paredzētā lietošana	3
1.3.1	Paredzētais operators	3
1.4	Darbmūžs	3
1.5	Atbilstība	4
1.5.1	Izstrādājumam raksturīgie standarti	4
1.6	Garantijas informācija	4
1.7	Atbildības ierobežojums	4
2	Drošība	5
2.1	Vispārīga drošības informācija	5
2.2	Matračī	6
2.3	Drošības informācija par elektromagnētiskajiem traucējumiem	7
2.4	Izstrādājuma uzlīmes un simboli	7
2.4.1	Identifikācijas uzlīme	7
2.4.2	Citas uzlīmes	7
	Uzlīme uz 3/4 garas sānu margas	8
3	Uzstādīšana	9
3.1	Vispārīga drošības informācija	9
3.2	Gultas galvenās sastāvdaļas	9
3.2.1	Citi komponenti	9
3.3	Gultas montāža	9
3.3.1	Uzlīmju piestiprināšana	10
3.4	“Rastofix” savienotāja uzstādīšana	10
3.5	Vadības bloks	10
3.6	Elektroinstalācijas ierīkošana	11
3.7	Sānu margu uzstādīšana	11
3.7.1	Scala 2 sānu marga	12
	Sānu margas uzstādīšana	12
	Sānu margas noņemšana	12
3.7.2	Aria un Bella sānu margas uzstādīšana	12
	Bīdāmās sistēmas montāža	12
	Bīdāmās sistēmas piestiprināšana un sānu margas uzstādīšana	12
3.8	Matrača atbalsta pagarinājuma uzstādīšana	13
3.9	Gultas izjaukšana	15
4	Gultas lietošana	16
4.1	Vispārīga drošības informācija	16
4.1.1	Zemie augstumi	16
4.1.2	Matrača fiksatori	16
4.2	Rokas vadības iekārta	16
4.2.1	Bloķēšanas funkcija	16
4.3	Ritenīši un bremzes	17
4.3.1	Ritenīšu bremzes	17
4.4	Sānu margu lietošana	17
4.4.1	Scala 2 sānu margas darbība	17
4.4.2	“Aria” un “Bella” sānu marga	17
4.5	Pacelšanas balsts	18
4.5.1	Pacelšanas balsta uzstādīšana	18
4.5.2	Rokturu augstuma pielāgošana	18
4.6	Kāju daļas pielāgošana	18
4.7	Pozīcijas neatliekamā medicīniskā situācijā	18
4.7.1	Matrača atbalsta daļas atvienošana ārkārtas apstākļos	18
4.7.2	Transportēšana un uzglabāšana	19
5	Iespējas un piederumi	20
5.1	Pieejamo opciju saraksts	20
5.2	Pārvadāšanas kronšteini	20
6	Apkope	22
6.1	Vispārīga informācija par apkopi	22
6.2	Ikdienas pārbaudes	22
6.2.1	Ikdienas pārbaudu kontrolsaraksts	22
6.3	Vispārīga informācija par apkopi	22
6.3.1	Apkopes kontrolsaraksts	22
	Pārbaudāmās lietas	22
6.4	Pārbaude pēc pārvietošanas — sagatavošanās jaunam lietotājam	22
6.5	Tīrīšana un dezinfekcija	22
6.5.1	Vispārīga drošības informācija	22
6.5.2	Tīrīšanas intervāli	23
6.5.3	Tīrīšana ar rokām	23
6.5.4	Dezinfekcijas norādījumi	23
	Aprūpe mājas apstākļos	23
	Iestādes aprūpē	23
6.6	Elļošana	23
7	Pēc darbmūža beigām	24
7.1	Utilizācija	24
7.2	Atjaunošana	24
8	Problēmu novēršana	24
8.1	Elektriskās sistēmas problēmu novēršana	24
9	Tehniskie dati	25
9.1	Materiāli	25
9.2	Gultas izmēri	25
9.3	Svari	25
9.4	Matraču izmēri	26
9.5	Elektriskie dati	26
9.6	Apkārtējās vides apstākļi	26
10	Elektromagnētiskā saderība	27
10.1	Vispārīga informācija par EMS	27
10.2	Elektromagnētiskais starojums	27
10.3	Elektromagnētiskā imunitāte	27
10.3.1	EMS tehniskie dati	29

1 Vispārīga informācija

1.1 Ievads

Šī lietotāja rokasgrāmata satur svarīgu informāciju par izstrādājuma lietošanu. Lai garantētu drošību izstrādājuma lietošanas laikā, uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet drošības norādījumus.

Izmantojiet šo produktu tikai tad, ja esat izlasījis un sapratis šo rokasgrāmatu. Lūdziet papildu padomu veselības aprūpes speciālistam, kurš pārzina jūsu veselības stāvokli, un noskaidrojiet pie veselības aprūpes speciālista visus jautājumus par pareizu lietošanu un nepieciešamo regulēšanu.

Nemiet vērā, ka noteiktas šī dokumenta sadaļas var neattiekties uz jūsu iegādāto izstrādājumu, jo šis dokuments attiecas uz visiem izdošanas laikā pieejamajiem modeļiem. Ja nav norādīts citādi, ikviena šī dokumenta sadaļa attiecas uz visiem izstrādājuma modeļiem.

Konkrētā valstī pieejamie modeļi un konfigurācijas versijas ir norādīti valstij raksturīgajos pārdošanas dokumentos.

Uzņēmums "Invacare" patur tiesības bez papildu brīdinājuma mainīt izstrādājuma tehniskos datus.

Pirms šī dokumenta lasīšanas pārliedzinieties, ka jums ir pieejama jaunākā versija. Jaunāko versiju PDF formātā atradīsiet "Invacare" vietnē.

Ja burtu izmēra dēļ jums ir grūti salasīt drukāto dokumentu, no vietnes varat to lejupielādēt PDF formātā. Jūs varēsiet mērogt PDF dokumentu ekrānā, lai skatītu to ar sev piemērotāko burtu izmēru.

Lai iegūtu plašāku informāciju par izstrādājumu, piemēram, tā drošības paziņojumiem un atsaukšanu, sazinieties ar vietējo "Invacare" izplatītāju. Skatiet adreses šī dokumenta beigās.

Ja izstrādājumam ir radies nopietns atgadījums, ir jāinformē ražotājs un savas valsts kompetentā iestāde.

1.2 Simboli šajā dokumentā

Lai norādītu uz bīstamām situācijām vai nedrošu rīcību, kas var izraisīt traumas vai īpašuma bojājumus, šajā dokumentā tiek izmantoti simboli un signālvārdi. Tālāk ir sniegts šo signālvārdu apraksts.



BRĪDINĀJUMS!

Brīdinājums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.



UZMANĪBU!

Brīdinājums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nelielas vai nenozīmīgas traumas.



IEVĒRĪBAI!

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt īpašuma bojājumus.



Padomi un ieteikumi

Noderīgi padomi, ieteikumi un informācija, kas nodrošina efektīvu lietošanu bez problēmām.

Citi simboli

UKRP UKRP

Norāda, vai produkts nav ražots Apvienotajā Karalistē.

1.3 Paredzētā lietošana

Medicīniskā gulta ir elektriski darbināma, regulējama augstumā, un tai ir profilējoša atbalsta virsma, kas paredzēta lietošanai kopā ar matraci. Medicīniskās gultas ir paredzētas pacienta atbalstam un tiek izmantotas noteiktu veselības stāvokļu sāpju remdēšanai, atvieglošanai un atveseļošanās nolūkos. Medicīniskā gulta kalpo arī par atbalstu aprūpētāju darba videi un atvieglo viņu darbu.

Medicīnisko gultu ir paredzēts lietot tālāk norādītajam.

- *Lietošanas vide Nr. 3.* Ilgtermiņa aprūpe ārstniecības iestādē, kad nepieciešama medicīniska uzraudzība un, ja nepieciešams, tiek veikta pacienta novērošana, kā arī medicīniskas procedūras, izmantojot medicīniskās elektroiekārtas, lai palīdzētu uzturēt stabilu pacienta veselības stāvokli vai lai to uzlabotu.
- *Lietošanas vide Nr. 4.* Aprūpe mājas apstākļos, izmantojot medicīniskās elektroiekārtas, lai palīdzētu pacientam atgūties pēc traumas vai lai mazinātu invaliditātes vai slimību radītas veselības problēmas.

Paredzētie lietotāji

Persona ar veselības stāvokli, kas jākopj gultā.

Norādījumi

Gulta ir paredzēta pieaugušiem pacientiem, kuru augums ir 146 cm vai vairāk, svars — 40 kg vai vairāk un ķermeņa masas indekss (KMI) ir 17 vai vairāk.

Gulta ir paredzēta tikai lietošanai telpās.

Maksimālais lietotāja svars ir 145 kg, un drošā darba slodze ir 180 kg.

Kontrindikācijas

Gulta nav paredzēta pacientu pārvietošanai. To var pārvietot kopā ar lietotāju tikai telpas robežās. Ritenīši ir nobloķējami.

Gulta nav paredzēta personām ar psihosociāliem traucējumiem.



BRĪDINĀJUMS!

Jebkura cita vai nepareiza lietošana var izraisīt bīstamas situācijas. Uzņēmums *Invacare*® neuzņemas atbildību par jebkādu citādu izstrādājuma lietošanu, izmaiņām vai montāžu, kā vien to, kas minēta šajā lietotāja rokasgrāmatā.

1.3.1 Paredzētais operators

Veselības aprūpes speciālists vai privātpersona, kura ir saņēmusi apmācību, ir šī izstrādājuma paredzētais operators.

Rokas vadības iekārtu var darbināt arī gultā esošā persona.

1.4 Darbmūžs

Ja šis izstrādājums tiek lietots ikdienā un atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem, apkopes intervāliem un pareizas lietošanas nosacījumiem, tā paredzamais darbmūžs ir 5 gadi. Faktiskais izstrādājuma darbmūžs var atšķirties atkarībā no lietošanas biežuma un intensitātes.

1.5 Atbilstība

Strādājot saskaņā ar standartu ISO 13485, kvalitāte ir būtiska uzņēmuma darbības daļa.

Šim produktam ir CE marķējums saskaņā ar Regulas 2017/745 I klases medicīnas ierīcēm.

Šim produktam ir UKCA zīme saskaņā ar UK MDR 2002 (ar grozījumiem) I klases II daļu.

Mēs nepārtraukti tiecamies panākt, ka uzņēmuma ietekme uz vidi ir samazināta līdz minimumam gan vietējā, gan pasaules mērogā.

Mēs izmantojam tikai tādus materiālus un sastāvdaļas, kas atbilst Regulai par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

Mēs nodrošinām atbilstību šobrīd spēkā esošajiem tiesību aktiem vides jomā (piemēram, Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizēšanas direktīvai (EEIA) un Direktīvai par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS)).

1.5.1 Izstrādājumam raksturīgie standarti

Izstrādājums ir pārbaudīts un atbilst standartam EN 60601-2-52 (īpašās pamatdrošuma un būtiskās veiktspējas prasības medicīniskajām gultām) un visiem attiecināmajiem standartiem.

Lai uzzinātu vairāk par vietējiem standartiem un noteikumiem, sazinieties ar vietējo Invacare pārstāvi. Skatiet adreses šī dokumenta beigās.

1.6 Garantijas informācija

Mēs sniedzam ražotāja garantiju izstrādājumam saskaņā ar mūsu uzņēmējdarbības vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir spēkā attiecīgajās valstīs.

Garantijas prasības var izvirzīt tikai ar tā pakalpojumu sniedzēja starpniecību, no kura ieguvāt izstrādājumu.

1.7 Atbildības ierobežojums

Uzņēmums Invacare neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuru iemesls ir:

- lietotāja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošana;
- nepareiza lietošana;
- dabīgs nolietojums;
- nepareiza montāža vai uzstādīšana, ko veicis pircējs vai kāda trešā puse;
- tehniskas modifikācijas;
- nesankcionētas modifikācijas un/vai neatbilstošu rezerves daļu izmantošana.

2 Drošība

2.1 Vispārīga drošības informācija

Šī rokasgrāmatas sadaļa satur vispārīgu informāciju par izstrādājuma drošību. Konkrētu drošības informāciju skatiet attiecīgajā rokasgrāmatas sadaļā un šīs sadaļas norādījumos par procedūrām.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

- Pirms izmantojat šo izstrādājumu vai jebkādu citu pieejamo papildu aprīkojumu, jums pilnībā jāizlasa un jāizprot šīs instrukcijas un jebkādas papildu instrukcijas, piemēram, lietotāja rokasgrāmatas vai instrukciju lapas, kas iekļautas šī izstrādājuma vai papildu aprīkojuma komplektācijā. Ja neizprotat brīdinājumus, piesardzības ziņojumus vai norādījumus, pirms šī izstrādājuma lietošanas sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu, “Invacare” pakalpojumu sniedzēju vai kvalificētu tehnisko speciālistu.
- Neveiciet nekādas neatļautas izstrādājuma izmaiņas vai modifikācijas.



BRĪDINĀJUMS!

Iespiešanas/iesprūšanas risks

Pastāv risks tikt iespiestam vai iesprūst starp matrača atbalstu, sānu margām un gultas galu vai starp gultas kustīgajām daļām un gultai blakus esošiem priekšmetiem.

- Gultu nedrīkst lietot personas, kuras ir jaunākas par 12 gadiem, kā arī personas, kuru ķermeņa izmēri atbilst vidēja auguma 12 gadus veca bērna izmēriem vai ir mazāki.
- Gultu ar sānu margām nedrīkst izmantot personas, kuru augums ir mazāks par 146 cm, svars — mazāks par 40 kg un ķermeņa masas indekss — zemāks par 17.
- Matrača saspiešanās dēļ ar laiku var rasties paaugstināts risks. Regulāri pārbaudiet spraugas starp gultu, matraci un/vai sānu margām. Ja spraugu dēļ pacients var tikt iespiests, nomainiet matraci.



BRĪDINĀJUMS!

Risks izslīdēt caur gultas atverēm

Gulta atbilst visām prasībām par maksimālajiem attālumiem. Tomēr pastāv iespējamība, ka personas ar mazu ķermeni var izkrist caur sānu margu atverēm vai caur atverēm starp sānu margām un matrača atbalstu.

- Pievērsiet tam īpašu uzmanību, ja gulta tiek izmantota tādu pacientu aprūpei, kuriem ir mazi ķermeņa izmēri.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

Kabeļu neatbilstošs lietojums, nepareizi savienojumi vai aprīkojuma neatļauts lietojums var izraisīt elektrošoku un izstrādājuma atteici.

- Nelokiet, neplēsiet un citādi nebojājiet izstrādājuma kabeļus.
- Pārliedzinieties, ka izstrādājuma izmantošanas laikā kabeļi nav sapinušies vai bojāti.
- Pirms gultas pārvietošanas atvienojiet spraudni no elektrotīkla.
- Pārliedzinieties, ka kabeļi ir izvietoti pareizi un savienojumi ir atbilstoši.
- Nelietojiet neapstiprinātu aprīkojumu.



BRĪDINĀJUMS!

Aizķeršanās, sapīšanās vai žņaugšanas risks

Ja kabeļi tiek izvietoti nepareizi, var rasties aizķeršanās, sapīšanās vai žņaugšanas apdraudējums.

- Nodrošiniet, ka visi kabeļi ir izvietoti un nostiprināti pareizi.
- Nodrošiniet, ka liekās kabeļa daļas cilpas neizvirzās no izstrādājuma.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

Aizdeģšanās avoti var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

- Gulta ir jānovieto drošā vietā attālkā no aizdegšanās avotiem (sildītāja, kamīna utt.)
- Pacienti un aprūpētāji nedrīkst smēķēt gultas lietošanas vai darbināšanas laikā.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

Lai izstrādājuma lietošanas laikā mazinātu traumu vai bojājumu risku:

- ja izstrādājumu lieto bērnu vai mājdzīvnieku tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība;
- neļaujiet bērniem rotaļāties ar izstrādājumu.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

Nepareiza uzlikšana un/vai svara sadalījums var izraisīt traumas vai bojājumus.

- Izvairieties no slodzes uz ekstremitātēm.
- Kustīgās daļas drīkst iedarbināt tikai pēc tam, kad lietotājs ir pareizi un droši noguldīts.
- Nepārsniedziet drošo darba slodzi, jo gulta var tikt sabojāta vai apgāzta.

**UZMANĪBU!**

- Vienmēr nolaidiet gultu līdz vajadzīgajam augstumam, lai persona varētu iekāpt gultā vai izkāpt no tās. Lai iekāptu gultā vai izkāptu no tās, matrača balsta atzveltnes daļu var izmantot, lai palīdzētu novietot cilvēka muguru sēdošā stāvoklī. Matrača balsta atzveltnes daļa nav paredzēta, lai atbalstītu un/vai paceltu visu cilvēka ķermeni. Nodrošiniet, ka pacients ir noguldīts uz muguras atzveltnes daļas centrā. Paceļot atzveltnes daļu, atļautais maksimālais svars atzveltnes daļai ir 45% no maksimālās drošās darba slodzes.
- Atstājot personu gultā bez uzraudzības, vienmēr nolaidiet gultu iespējami zemākajā pozīcijā.
- Pārliecinieties, ka zem gultas, virs tās vai tās tuvumā neatrodas nekas tāds, kas varētu traucēt regulēt gultas augstumu, piemēram, mēbeles, pacēlāji vai logu rāmji.

**UZMANĪBU!**

Neoriģināli vai nepareizi piederumi un/vai papildaprīkojumā pieejamās daļas var ietekmēt produkta funkciju un drošību.

- Lietotajam produktam izmantojiet tikai oriģinālus piederumus un/vai papildaprīkojumā pieejamās daļas.
- Reģionālo atšķirību dēļ informāciju par pieejamiem piederumiem un/vai papildaprīkojumā pieejamām daļām, skatiet vietējā “Invacare” katalogā vai tīmekļa vietnē, vai sazinieties ar vietējo “Invacare” pārstāvi. Skatiet adreses šī dokumenta beigās.

**UZMANĪBU!****Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks**

Pakļaujot izstrādājumu saules gaismai vai citiem karstuma avotiem, tas var uzkarst.

- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešu saules staru iedarbībai ilgu laika periodu.
- Uzglabāiet izstrādājumu attālkā no karstuma avotiem.

**UZMANĪBU!**

Pastāv risks iespiest pirkstus gultas kustīgajās daļās.

- Sargiet pirkstus!

**IEVĒRĪBAI!**

Gulta nav aprīkota ar izolatoru (galveno slēdzi). Ja gulta ir jāatvieno elektriski, tā ir jāatvieno no kontaktligzdas.

- Vienmēr novietojiet gultu tā, lai kontaktligzda būtu viegli pieejama gultas atvienošanai no elektrotīkla.

**IEVĒRĪBAI!**

Plūksnu, putekļu un citu netīrumu uzkrāšanās var sabojāt izstrādājumu.

- Uzturiet izstrādājumu tīru.

2.2 Matračī

**IEVĒRĪBAI!**

- Pirms matrača ar “Invacare” gultu lietošanas speciālistam vienmēr ir jāveic riska novērtējums, lai apliecinātu tā saderību un lietošanas drošību ar gultu. Īpaša uzmanība ir jāpievērš pirms “Dynamic” matrača lietošanas.
- Ja jums ir šaubas par “Invacare” gultas ar matraci lietošanu, sazinieties ar “Invacare” pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu norādījumus.


**BRĪDINĀJUMS!****Šeit ir izklāstīti sānu margu un matraču izvēles drošības aspekti.**

Lai nodrošinātu visaugstāko iespējamo drošības līmeni, izmantojot gultu kopā ar sānu margām, jāievēro maksimālie un minimālie matraču izmēri.

- Pareizos matraču izmērus skatiet matraču tabulā 1. nodaļā 9 *Tehniskie dati*, 25. lpp.

**BRĪDINĀJUMS!****Iespiešanas un/vai iesprūšanas risks**

- Lietotājs var tikt iespiests un/vai iesprūst, ja horizontālā atstarpe starp matrača sānu un sānu margas iekšpusi ir pārāk liela. Ievērojiet minimālo matrača platumu (un garumu) kopā ar attiecīgo sānu margu, kā norādīts matraču tabulā 1. nodaļā 9 *Tehniskie dati*, 25. lpp.
- Ņemiet vērā, ka ļoti biezu vai mīkstu (zema blīvuma) matraču vai šādu matraču kombinācijas izmantošana paaugstina risku.

**BRĪDINĀJUMS!****Apgāšanās risks**

Lietotājs var pārkrist pāri malai un gūt nopietnas traumas, ja vertikālais attālums A starp matrača virspusi un sānu margas/gultas gala malu ir pārāk mazs. Skatiet attēlu iepriekš.

- Vienmēr ievērojiet minimālo attālumu A 22 cm apmērā.
- Ievērojiet maksimālo matrača augstumu kopā ar attiecīgo sānu margu, kā norādīts matraču tabulā nodaļā 9 *Tehniskie dati*, 25. lpp..

2.3 Drošības informācija par elektromagnētiskajiem traucējumiem



BRĪDINĀJUMS!

Nepareizas darbības risks elektromagnētisko traucējumu gadījumā

Elektromagnētiskie traucējumi starp šo izstrādājumu un citām elektroiekārtām var rasties un radīt problēmas šī izstrādājuma elektriskās pielāgošanas funkcijām. Lai to novērstu, samaziniet vai novērsiet tālāk norādītos elektromagnētiskos traucējumus.

- Lietojiet tikai oriģinālos kabelus, piederumus un/vai papildaprīkojumā pieejamās daļas un rezerves daļas, lai nepalielinātu elektromagnētisko starojumu vai samazinātu šī izstrādājuma elektromagnētisko imunitāti.
- Nelietojiet pārnēsājamo radiofrekvences (RF) sakaru aprīkojumu tuvāk par 30 cm no jebkuras šī izstrādājuma daļas (tostarp kabeliem).
- Nelietojiet šo izstrādājumu aktīvā augstfrekvences ķirurģiskā aprīkojuma un magnētiskās rezonanses attēlagnostikas sistēmas RF ekranētās telpas tuvumā, kur ir augsta elektromagnētisko traucējumu intensitāte.
- Ja rodas traucējumi, palieliniet attālumu starp šo izstrādājumu un citu aprīkojumu vai izslēdziet to.
- Skatiet detalizēto informāciju un izpildiet norādes, kas minētas 10. nodaļā Elektromagnētiskā saderība (EMS), 27. lpp.



BRĪDINĀJUMS!

Nepareizas darbības risks elektromagnētisko traucējumu gadījumā

Nelietojiet šo gultu blakus citām elektroiekārtām vai kopā ar tām pretēji tālāk norādītajam, jo tas var radīt neatbilstošu darbību. Ja šāda lietošana ir nepieciešama, gulta un cits aprīkojums ir rūpīgi jāuzrauga, lai pārļiecinātos, ka tie darbojas normāli. Šo gultu iespējams lietot kopā ar "Invacare" apstiprinātajiem piederumiem un/vai papildaprīkojumā pieejamām daļām un elektriskajām medicīniskajām iekārtām, kas saistītas ar sirdi (intrakardiāli) vai asinsvadiem (intravaskulāri), ja tiek ievērotas tālāk minētās norādes.

- Elektriskās medicīniskās iekārtas nevajadzētu piestiprināt pie gultas metāla piederumiem un/vai papildaprīkojumā pieejamām daļām, piemēram, sānu margām, pacelšanas balsta, infūzijas statīva, gultas galiem utt.
- Elektrisko medicīniskās iekārtu elektrības vadus vajadzētu turēt atstatu no piederumiem un/vai papildaprīkojumā pieejamām daļām un jebkurām citām kustīgajām gultas daļām.

2.4 Izstrādājuma uzlīmes un simboli

2.4.1 Identifikācijas uzlīme

Identifikācijas uzlīme atrodas uz gultas rāmja un ietver galveno informāciju par izstrādājumu, ieskaitot tehniskos datus.

   REF XXXXXXXX SN XXXXXXXXXXXX UDI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (01)XXXXXXXXXXXX(21)XXXXXXXXXXXX Product Name  = xxx kg  = xxx kg	
	Sērijas numurs
	Atsauces numurs
	Unikāls ierīces identifikators
	Ražotājs
	Ražošanas datums
	Medicīniska ierīce
	Maks. lietotāja svars
	Maks. droša darba slodze
	II klases iekārta
	B tipa daļa, kas ir tiešā saskarē ar pacientu
	Atbilst EEIA direktīvai
	Eiropas atbilstība
	Apvienotās Karalistes atbilstība novērtēta

Tehnisko datu saīsinājumi:



- lin = ienākošā strāva
- Uin = ienākošais spriegums
- Int. = pārtraukumainība
- AC = maiņstrāva
- Max = maksimums
- min = minūtes


Papildinformāciju par tehniskajiem datiem skatiet 1. nodaļā 9 Tehniskie dati, 25. lpp.

2.4.2 Citas uzlīmes



Pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet norādījumus par drošību un lietošanu.


	
	Definīcija: min. svars, min. augstums un min. pieauguša lietotāja ķermeņa masas indekss. Skatiet 1.3 <i>Paredzētā lietošana</i> , 3. lpp.
	Pareizos matraču izmērus skatiet lietotājam paredzētajā dokumentācijā. Skatiet 9 <i>Tehniskie dati</i> , 25. lpp.

	 = XXX
	Produkta kopējais svars ar piemērotu maksimālo drošo darba slodzi
	Temperatūras ierobežojums
	Mitruma ierobežojums
	Atmosfēras spiediena ierobežojums
	Transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi
	Darba vides apstākļi

	
Norāda vietas ar palielinātu pēdu iespiešanas risku gultas galu apakšējos sānos netālu no ritenīšiem. Skatiet 4.1.1 <i>Zemie augstumi</i> , 16. lpp.. (Ir pieejams tikai uz šī izstrādājuma zemajām versijām)	

	
Atzīmē savienojuma vietu potenciāla izlīdzinājuma līdzekļiem. (Nav pieejams visām šī izstrādājuma versijām)	

Uzlīme uz 3/4 garas sānu margas

	
Norāda maksimālo attālumu starp sānu margu un gultas galvgali. Skatiet uzstādīšanas norādījumus šajā rokasgrāmatā vai norādījumus, kas piegādāti kopā ar sānu margu.	

3 Uzstādīšana

3.1 Vispārīga drošības informācija



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

Bojātas detaļas var ietekmēt izstrādājuma drošību.

- Pirms lietošanas pārliedieties, ka detaļām piegādes laikā nav radušies bojājumi.
- Bojājuma gadījumā neizmantojiet izstrādājumu un turpmākajiem norādījumiem sazinieties ar “Invacare” pakalpojumu sniedzēju.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu gūšanas vai īpašuma bojājumu risks

Gultu drīkst salikt un piederumus un/vai papildaprīkojumā pieejamās daļas drīkst uzstādīt tikai kvalificēts tehniskais personāls, kas ir atbilstoši apmācīts.


- Rūpīgi ievērojiet norādījumus. Ja jums rodas jautājumi par gultas salikšanu, sazinieties ar “Invacare” pakalpojumu sniedzēju.
- Gultas elektriskās iekārtas nav atļauts noņemt vai lietot kopā ar citām elektriskām iekārtām.
- Pēc katras montāžas pārliedieties, ka visi stiprinājumi ir pienācīgi nofiksēti un ka visas sastāvdaļas darbojas pareizi.



IEVĒRĪBAI!

- Lai novērstu kondensātu, gultu nevajadzētu lietot, kamēr tā nav sasniegusi darba temperatūru. Skatiet 9 *Tehniskie dati*, 25. lpp..

3.2 Gultas galvenās sastāvdaļas



- Ⓐ Gultas gali, 2 gab.
- Ⓑ Matrača atbalsts, atzveltnes daļa
- Ⓒ Matrača atbalsts, augšstilbu/kāju daļa
- Ⓓ Ritenīši, 4 gab.
- Ⓔ Motors, matrača atbalsta atzveltnes daļa
- Ⓕ Motors un vadības bloks, matrača atbalsta augšstilbu/kāju daļa
- Ⓖ Matrača fiksatori, 4 gab.
- Ⓗ Augstuma pielāgošanas (Hi/Lo) motors
- Rokas vadības iekārta (nav redzama attēlā)



Sānu margas netiek piegādātas kopā ar galveno konfigurāciju. Lai saņemtu vairāk informācijas par sānu margām un citām opcijām, sazinieties ar savu “Invacare” pārstāvi.


3.2.1 Citi komponenti

Komplektācijā ietilpst arī tālāk minētie komponenti.


Daļa		Daudzums
Lietotāja rokasgrāmata		1
Sānu margu bīdņi		4
Uzlīme par iespiešanas risku		4

3.3 Gultas montāža

1. Atskrūvējiet spārnskrūves abās pusēs.




2. Iebīdiet matrača atbalsta augšdaļas ieliktnus atbalsta apakšdaļas sānu caurulēs.



3. Nostipriniet to, ieskrūvējot divas pirkstveida skrūves.
4. Pārliedieties, ka visi četri matrača fiksatori ir vērsti augšup.

5. Pagrieziet gultas galu sprostgredzenus pozīcijā "OPEN".



6. Nofiksējiet matrača balsta kronšteinus vai nu augstā pozīcijā A vai zemā pozīcijā B pie gultas gala un stingri nofiksējiet tos. (Starp augšējo atveri un stiprinājumu parasti ir neliela atstarpe.)
7. Pagrieziet sprostgredzenus pozīcijā "LOCK".




UZMANĪBU!

Sprostgredzeni nodrošina, ka matrača atbalsts nevar nejauši atvienoties no gultas galiem.

- Pārliecinieties, ka visi sprostgredzeni ir nostiprināti un atrodas augšējā atverē, kā redzams attēlā.
- Pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir pievienoti vienādā pozīcijā (augstā vai zemā).

3.3.1 Uzlīmju piestiprināšana

(Tikai zemā versija)




1. Gultas galu apakšējos sānos netālu no ritenīšiem novietojiet četras uzlīmes ar brīdinājumu par pēdu iespiešanu (tiek piegādātas atsevišķi).


3.4 "Rastofix" savienotāja uzstādīšana

(pēc izvēles)


1. Piespiediet "Rastofix" savienotāja apakšdaļu gultas kājgalī.



2. Saspiediet kopā "Rastofix" savienotāja augšdaļu.



3. Pagrieziet "Rastofix" tā, lai tas atrastos starp paliktņiem, un atlaidiet to.



4. Bīdiet plastmasas vāciņu un nofiksējiet "Rastofix" apakšdaļu.


3.5 Vadības bloks



IEVĒRĪBAI!

- Kabeļi jānovieto tā, lai tie nepieskartos grīdai un netraucētu gultas riteņiem kustēties.

Vadības bloks ir piestiprināts pie augšstilbu daļas motora.



Vadības bloks A ir aprīkots ar uzlīmi ar simboliem, kas norāda, kur jāpievieno motoru spraudņi.

- Augšstilbu daļas motors B.
- Gultas gala motors kājgalī C.
- Atzveltnes motors D
- Rokas vadības iekārta E
- Gultas gala motors galvgalī F.



Vadības bloks ir aprīkots ar zaļu gaismas diodi G, kas norāda, ka tas ir pievienots elektrotīklam. Kad tas ir pievienots elektrotīklam, deg zaļā gaismas diode G.


3.6 Elektroinstalācijas ierīkošana

! IEVĒRĪBAI!


- Kabeli jānovieto tā, lai tie nepieskartos grīdai un netraucētu gultas riteņiem kustēties.

Lai, aktivizējot motorus, novērstu kabeļu sabojāšanu, izpildiet tālāk minētos norādījumus.

1. Noņemiet visas iepriekš uzstādītās fiksācijas skavas.
2. Pārbaudiet uzlīmes uz Hi/Lo motora kabeļiem (spolētājiem) un pievienojiet kabeļus attiecīgajam gultas gala motoram (galvai vai kājām).
3. Vēlreiz pievienojiet un aizveriet motoru fiksācijas skavas un pārliecinieties, ka kabeļi ir droši.
4. Manuāli paceliet atzveltni un pievienojiet vajīgo spēka pievada kabeli tā motoram.




5. Vēlreiz pievienojiet un aizveriet motora fiksācijas skavas un pārliecinieties, ka kabelis ir drošs.
6. Izvelciet strāvas kabeli caur motora cauruļveida tapu un rāmja āķi gultas pusē, kas atrodas tuvāk strāvas kontaktligzdai.




7. Pievienojiet strāvas kabeli strāvas kontaktligzdai.
8. Paceliet gultu augstākajā pozīcijā.

9. Izvadiet Hi/Lo motora kabeļus caur motora cauruļveida tapām.



10. Pārliecinieties, ka cauruļveida tapas ir atbilstoši nostiprinātas.



11. Novietojiet Hi/Lo motora kabeļa spolētāja galu uz āķa gultas kājgalī.
12. Pirms sākat lietot gultu, pārbaudiet, vai visas daļas darbojas atbilstoši un vai motoru kabeļi nekarājas uz grīdas vai netiek iespiesti, pārvietojot gultas daļas.

3.7 Sānu margu uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Traumu gūšanas risks

Montējot un demontējot sānu margu, pastāv risks tikt iespiestam vai iesprūst.

- Sargiet pirkstus!
- Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
- Pēc katras montāžas pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir pienācīgi nofiksēti un sānu marga darbojas pareizi.

3/4 garas noņemamas sānu margas



BRĪDINĀJUMS!

Iespiešanas risks


Starp matrača atbalstu, sānu margām un gultas galu pastāv iespiešanas vai iesprūšanas risks.

- Izmantojot noņemamas sānu margas, vienmēr pārliecinieties, ka attālums no gultas gala līdz sānu margas roktura augšējai malai ir mazāk nekā 6 cm galvgalī un vairāk nekā 32 cm kājgalī.

3.7.1 Scala 2 sānu marga

Sānu margas uzstādīšana

1.




Novietojiet sānu margu uz augšējā rāmja ar atlaišanas sistēmu **A** gultas galvgalī.



Sānu margas dakšveida savienojumi ir jāuzstāda atbilstoši norādījumiem uz sānu margas.

2.



Pievelciet pirkstveida skrūves **B**, lai piestiprinātu sānu margu augšējam rāim. Pārļiecinieties, ka tā ir nekustīga un nostiprināta.

Sānu margas noņemšana

1. Izskrūvējiet divas pirkstveida skrūves **B** un noņemiet sānu margu.

3.7.2 Aria un Bella sānu margas uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Iespiešanas/iesprūšanas risks


Lietotājs var tikt iespiests vai izkrist no gultas, ja sānu sliede nav pareizi uzstādīta vai ir bojāta.

- Pārļiecinieties, ka visi bīdāmie klūči ir pareizi ievirzīti gultas kājgaļa virzītājos.
- Pārļiecinieties, ka fiksācijas skrūves ir atbilstoši uzstādītas virzītāju apakšdaļā.

Bella koka sānu margas un Aria tērauda sānu margas uzstādīšana ir identiska.

Bīdāmās sistēmas montāža

1.




Izbīdiet sprūdu **A** no aizmugures caur bīdni **B** un pārļiecinieties, ka tas nofiksējas, atskanot klikšķim.

2. Iebīdiet visus četrus sprūdus katrā bīdnī.

Bīdāmās sistēmas piestiprināšana un sānu margas uzstādīšana

1. Paceliet gultu līdz 1/3 no pilnā augstuma.
- 2.



Atskrūvējiet skrūvi vadotnes apakšdaļā vienā no gultas galiem un pastumiet bīdni uz augšu līdz pusei vadotnē, līdz tas nofiksējas, atskanot klikšķim.




IEVĒRĪBAI!

Nodrošiniet pareizu sānu sliežu novietojumu:


- Sānu marga ar rokturiem ir jāuzstāda augšējos sprūdus.
- Sānu sliežu rokturiem ir jābūt pagrieztiem uz gultas ārpusi.

3.




Uzbīdiet sānu margas augšdaļu uz diviem augšējiem sprūdiem.

4.



Iestumiet abus augšējos sprūdus sānu margas stienī otrā galā.


5.



Iebīdiet stiprinājumu vadotnē, līdz tas nofiksējas, atskanot klikšķim (= atbilstoši nofiksēts zemajā pozīcijā).

6. Uzstādiet zemāko sānu margas stieni abos galos, kā norādīts 4. darbībā.

7. Pastumiet sānu margu abos galos uz augšu līdz galam, līdz augšējais stienis nofiksējas augstākajā pozīcijā.
- 8.



Atkārtoti pievelciet skrūvi zem apakšējā sānu margas stieņa abu gultas galu stūros.

-  Pirms sākat lietot gultu, pārliecinieties, ka sānu marga ir atbilstoši nostiprināta ar skrūvi un ka stieņi darbojas nevainojami.

3.8 Matrača atbalsta pagarinājuma uzstādīšana

Pacientiem, kas garāki par diviem metriem, gultu ieteicams pagarināt ar matrača balsta pagarinājumu. Gultu var pagarināt par 15 cm gultas kājgalī.



BRĪDINĀJUMS!


Traumu gūšanas risks

Lietotājs var izkrist no gultas, iesprūst vai nosmakt.

- Pagarinot gultu, vienmēr pagariniet matraci.
- Attālumam starp gultas galu un matrača priekšgalu jābūt vairāk nekā 2,5 cm, lai novērstu pirkstu iesprūšanu.


(pēc izvēles)

1.




Pagarinājums ir jāuzstāda kājgalī.

2.




Pagrieziet skavu, lai to atbloķētu.

3.





Noņemiet sānu margas.

4.




Noņemiet gultas kājgalī.

5.





Iebīdiet abas matrača atbalsta pagarinājuma puses rāmī un nostipriniet ar uzgriežņiem un skrūvēm.

6.




Uzlieciet gultas kājgalī un nostipriniet to pie kronšteinu.

7. Piestipriniet matrača pamatnes pagarinātāju matrača pamatnei.



Ja gultai uz kājas daļas ir samontēts matrača rokturis (skatiet nodaļu 4.6 *Kāju daļas pielāgošana*, 18. lpp.), tas ir jāpagriež, lai netraucētu matraci.




8.




Paceliet kāju daļu, lai atvieglotu montāžu.

9.




Uzstādiet matrača pagarinājuma āķi matrača pamatnē, divu Rastofix stiprinājumu vidējā labajā pusē.

10.



Piestipriniet pagarinājuma āķi pagarinājuma platformai, izmantojot pieejamos vītņotos caurumus.

11.



Nomainiet matraci vai ielieciet pieguļošu matrača daļu.
 Atbrīvojušās matrača daļas vienmēr jāievieto gultas kājgalī.

12. Uzstādiet sānu margas, ja tādas ir.


!

IEVĒRĪBAI!

Ja izmantojat Aria/Bella sānu margas, jāizmanto tikai garākā versija.

3.9 Gultas izjaukšana

1. Noņemiet sānu margas un pacelšanas balstu.
2. Nolaidiet gultu līdz zemākajai pozīcijai un pielāgojiet matrača atbalsta daļas horizontālā pozīcijā.
3. Atvienojiet gultu no elektrotīkla.
4. Atvienojiet kabelus no gultas gala motoriem un noņemiet to no rāmja āķa un cauruļveida tapas izkārtojumu.



5. Atvienojiet kabeli no atzveltnes motora.
6. Noņemiet matrača atbalstu no gultas galiem.
7. Atdaliet matrača atbalsta galvgali un kājgali.

4 Gultas lietošana

4.1 Vispārīga drošības informācija



BRĪDINĀJUMS!

Traumu gūšanas un īpašuma bojājumu risks

- Gultai jābūt novietotai tā, lai, piemēram, pacēlāji vai mēbeles netraucētu regulēt tās augstumu.
- Parūpējieties, lai starp nostiprinātajām daļām (piemēram, sānu margām, gultas galiem u. c.) un kustīgām daļām netiek iespiestas ķermeņa daļas.
- Rokas vadības iekārtu nedrīkst izmantot bērni.



BRĪDINĀJUMS!

Traumu gūšanas risks

Ja gultu izmanto lietotāji, kuri nav pie pilnas apziņas vai ir nemierīgi, vai lietotāji, kuriem ir krampji, rīkojieties šādi:

- ja gulta ir aprīkota ar bloķējamu rokas vadību, bloķējiet rokas vadības funkcijas
- vai pārliecinieties, ka lietotājs nevar aizsniegt rokas vadības iekārtu.

4.1.1 Zemie augstumi



UZMANĪBU!

Iespiešanas vai saspiešanas risks

Atkarībā no konfigurācijas gultas nolaišanas laikā brīvā vieta starp gultas kustīgajām un fiksētajām daļām var būt ļoti neliela.

- Nodrošiniet, ka gultas nolaišanas laikā pēdas neatrodas kustīgo daļu tuvumā vai zem tā.
- Nodrošiniet, ka kabeļi tiek izvietoti pareizi un netiek saspiesti gultas nolaišanas laikā.



UZMANĪBU!

Traumu gūšanas risks

Atkarībā no konfigurācijas gultas minimālais darba augstums ir ļoti neliels.

Aprūpētājs var gūt traumas, pie zema darba augstuma strādājot neatbilstošā/nepareizā pozā.

- Pievērsiet uzmanību sava ķermeņa pozai, kad aprūpējat lietotāju.

4.1.2 Matrača fiksatori



BRĪDINĀJUMS!

Traumu gūšanas risks

Ja nav uzstādīti atbilstoši matrača fiksatori, matracis var slīdēt uz sāniem un izraisīt lietotāja izkrišanu no gultas.

- Gultu nedrīkst lietot bez matrača fiksatoriem.
- Vienmēr pārliecinieties, ka matrača fiksatori ir atbilstoši uzstādīti un vērsti augšup.
- Izmantojiet tikai oriģinālos matrača fiksatorus.

4.2 Rokas vadības iekārta

Rokas vadības iekārta var būt aprīkota vai nu ar trim, vai četrām pogām, lai darbinātu gultas elektriskās funkcijas. Rokas vadības iekārtas var arī aprīkot ar bloķēšanas funkciju.

Atzveltnes daļa



1. Uz augšu: nospiediet pogas kreiso pusi (▲).
2. Uz leju: nospiediet pogas labo pusi (▼).

Augstuma pielāgošana



1. Uz augšu: nospiediet pogas kreiso pusi (▲).
2. Uz leju: nospiediet pogas labo pusi (▼).

Augšstilbu daļa



1. Uz augšu: nospiediet pogas kreiso pusi (▲).
2. Uz leju: nospiediet pogas labo pusi (▼).

Slīpuma funkcija



UZMANĪBU!

Nāvējošas traumas risks

Noliekšanai ar galvu uz leju var būt nāvējošas sekas, ja lietotājs ir jutīgs pret paaugstinātu asinsspiedienu ķermeņa augšdaļā.

- Slīpuma funkciju drīkst izmantot tikai personas ar medicīnisko izglītību. Pirms noliekt gultu slīpi pozīcijā, kurā lietotāja apakšējās ekstremitātes atrodas augstāk par sirdi, vienmēr veiciet medicīnisku novērtējumu.
- Slīpuma funkcija NAV Trendelenburga pozīcijas funkcija, un to nevar izmantot medicīniskajai aprūpei.



1. Galvgalis uz augšu: nospiediet pogas kreiso pusi (▲).
2. Kājgalis uz augšu: nospiediet pogas labo pusi (▼).


Ja gulta ir aprīkota tikai ar pretslīpuma funkciju, slīpuma iestatīšana ar kājgali uz augšu nav iespējama:



1. Galvgalis uz augšu: nospiediet pogas kreiso pusi (▲).
2. Horizontālā pozīcija: nolaidiet gultu līdz galam (▼). Alternatīvi to var panākt, nospiežot augstuma pielāgošanas pogu, lai paceltu to līdz galam augšup.

4.2.1 Bloķēšanas funkcija

Bloķēšanas funkcija neļauj izmantot noteiktu funkciju pogas. Neatkarīgi no tā, ar cik pogām ir aprīkota jūsu rokas vadības iekārta, tās visas var nobloķēt atsevišķi.



1. Ievietojiet atslēgu ① atslēgas caurumā, kas atrodas tieši virs vēlamās funkcijas.
2. Lai bloķētu, pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāja virzienā.

3. Lai atbloķētu, pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4.3 Ritenīši un bremzes



UZMANĪBU!

Iesprūšanas/iespiešanas risks

Visas bremzes ir darbināmas ar kāju.

- Neatbloķējiet bremzes ar pirkstiem.



UZMANĪBU!

Traumu gūšanas risks


Ja bremzes nav nobloķētas, lietotājs var nokrist, iekāpjot gultā vai izkāpjot no tās.

- Vienmēr nobloķējiet bremzes, pirms lietotājs iekāpj vai izkāpj no gultas vai lietotājs tiek aprūpēts.



Ritenīši var atstāt dažādus nospiedumus uz absorbējošām grīdas virsmām, ieskaitot grīdas bez pārklājuma un sliktas kvalitātes grīdas. Lai novērstu nospiedumus, uzņēmums *Invacare*® iesaka nodrošināt piemērotu aizsardzību starp ritenīšiem un grīdu.

4.3.1 Ritenīšu bremzes



Bremzes bloķēšana — piespiediet ar kāju bremzes pedāļa ārējo malu (B).

Bremzes atbloķēšana — piespiediet ar kāju bremzes pedāļa iekšējo malu (A).

4.4 Sānu margu lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Iespiešanas vai iesprūšanas risks

Starp matrača atbalstu, sānu margām un gultas galu pastāv iespiešanas vai iesprūšanas risks.

- Vienmēr nodrošiniet sānu margu pareizu uzstādīšanu un pievilkšanu.



BRĪDINĀJUMS!

Apgāšanās risks

Ja ir nolemts, ka lietotājam ir nepieciešamas sānu margas:

- nekad neatstājiet lietotāju bez uzraudzības gultā ar nolaistu sānu margu;
- nodrošiniet, ka sānu marga ir augstākajā pozīcijā un atbilstoši nofiksēta, atstājot lietotāju bez uzraudzības;



UZMANĪBU!

Traumu gūšanas risks

Ja sānu marga nav atbilstoši nofiksēta, tā var nokrist.

- Velciet/stumiet sānu margas augšējo stieni, lai nodrošinātu, ka bloķēšanas sistēma ir atbilstoši nofiksēta.



UZMANĪBU!

Traumu gūšanas risks

Darbinot sānu margu, pastāv risks tikt iespiestam vai iesprūst.

- Pievērsiet uzmanību saviem pirkstiem un pacienta ķermeņa daļām.
- Sānu margas lietošanas laikā nestumiet to ar spēku un nemetiet to zemē.


4.4.1 Scala 2 sānu margas darbība




IEVĒRĪBAI!

- Manevrējot sānu margu, novietojiet rokas tikai vietās, kas atzīmētas ar satvēriena uzlīmi.

1.



2.



1. **Augšup:** paceliet sānu margas augšējo stieni (B) un velciet to bloķēšanas mehānisma gala virzienā (atbloķēšanas poga) (A). Nodrošiniet, ka tas ir nofiksējies vietā.
2. **Lejup:** nospiediet atbloķēšanas pogu (A) un stumiet sānu margas augšējo stieni (B) prom no bloķēšanas mehānisma.

4.4.2 “Aria” un “Bella” sānu marga


Sānu margas lietošana

Sānu margas pacelšana

1. Izmantojiet divus uz augšējā stieņa esošos rokturus, lai paceltu sānu margu, līdz tā nofiksējas augšējā pozīcijā ar dzirdamu klikšķi.

Sānu margas nolaišana

1.



2. Nospiediet bīdāmās sistēmas mehānismu (A) vienā gultas galā un nolaidiet sānu margu zemākajā pozīcijā.
2. Atkārtojiet šīs darbības otrā gultas galā.

4.5 Pacelšanas balsts



BRĪDINĀJUMS!

Traumu gūšanas risks

Gulta var apgāzties, ja rokturis tiek lietots tad, kad pacelšanas balsts ir pagriezts projām no gultas.

- Pacelšanas balstam vienmēr jābūt novietotam tā, lai rokturis stieptos pāri gultas zonai.
- Nepārsniedziet pacelšanas balsta maksimālo celjspēju — 80 kg.

4.5.1 Pacelšanas balsta uzstādīšana

Pacelšanas balstu var uzstādīt gultas galvgaļa kreisajā vai labajā pusē.

1. Pacelšanas balsta caurulē ievietojiet pacelšanas balstu un nostipriniet to ar pirkstu skrūvi.




Ja vēlaties pabīdīt pacelšanas balstu gultas sānā, nav nepieciešams nostiprināt pirkstu skrūvi.


4.5.2 Rokturu augstuma pielāgošana

Rokturu augstums vienmēr jāpielāgo lietotāja vajadzībām.

1.



2.



1. Pavelciet auklu uz ārpusi, vienlaikus bīdot plastmasas auklas slēgu **A** uz augšu vai uz leju, līdz tiek sasniegts vēlams roktura augstums.
2. Nofiksējiet rokturi, iespiežot auklu atpakaļ slēgā **A**, un pavelciet rokturi uz leju.




IEVĒRĪBAI!

Pēc rokturu augstuma pielāgošanas.

- Pārbaudiet, vai abas auklas daļas virs auklas slēga atrodas paralēli un ir iespiestas atpakaļ auklas slēgā.
- Pārliecinieties, ka aukla ir atbilstoši nostiprināta, stingri pavelkot rokturi.

4.6 Kāju daļas pielāgošana

Darbiniet kāju daļu, paceļot matrača rokturi.



1. **Augšup** paceliet matrača rokturi uz kāju daļas.
2. **Lejup**: paceliet matrača rokturi uz kāju daļas pa labi uz augšu un tad nolaidiet to.



Ja gulta ir pagarināta garumā, matrača rokturis nav sasniedzams, un kāju daļu pārvieto, tieši paceļot kājas daļu uz sāniem.

4.7 Pozīcijas neatliekamā medicīniskā situācijā

Neatliekamas medicīniskas situācijas gadījumā var būt nepieciešams visas vai noteiktas matrača daļas novietot līdzenā pozīcijā, piemēram, atzveltni nolaist līdzenā pozīcijā, lai veiktu kardiopulmonālo reanimāciju (CPR).

Lai novietotu matrača atbalsta daļu līdzenā pozīcijā,

- izmantojiet atbilstošo rokas vadības iekārtas funkciju

VAI

- strāvas padeves kļūmes vai neatliekamas situācijas gadījumā izmantojiet manuālo neatliekamās situācijas atbrīvošanas sistēmu vai nolaidiet matrača atbalsta daļu.

Skatiet sadaļu 4.7.1 *Matrača atbalsta daļas atvienošana ārkārtas apstākļos.*, 18. lpp..

4.7.1 Matrača atbalsta daļas atvienošana ārkārtas apstākļos.

Ārkārtas apstākļos, piemēram, strāvas zuduma vai motora atteices gadījumā, var būt nepieciešams atvienot gultas muguras, augšstilbu vai kāju daļu. Augstuma pielāgošanas iekārtas atvienošana ārkārtas apstākļos NAV iespējama.



UZMANĪBU!

Traumu gūšanas risks



- Lai ārkārtas apstākļos atvienotu matrača atbalsta daļu, ir nepieciešami vismaz divi cilvēki.
- Atvienojot matrača atbalsta daļu, tā var ātri pazemināties. Matrača atbalsta pazemināšanas laikā neturiet rokas zem tā.



IEVĒRĪBAI!

- Pirms matrača atbalsta atvienošanas ārkārtas apstākļos atvienojiet spraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

1. Abi cilvēki tur matrača daļu.
2. Viens no viņiem atrod attiecīgo motoru un izvelk drošības tapu.



3. Abi cilvēki lēnām nolaiž matrača daļu, līdz tā ir pilnīgi lejā.

4.7.2 Transportēšana un uzglabāšana

Gultu var pārvietot vai uzglabāt saliktā vai nesaliktā stāvoklī.

Detalizētus norādījumus par to, kā izjaukt gultu, skatiet šeit: 3.9 *Gultas izjaukšana*, 15. lpp.

Lai transportētu vai uzglabātu gultu saliktā stāvoklī, rīkojieties šādi:

1. Atvienojiet strāvas kabeli no elektrotīkla ligzdas.
2. Satiniet strāvas kabeli un pārliecinieties, ka transportēšanas vai uzglabāšanas laikā tas neatrodas uz grīdas, lai tas netiktu bojāts.

5 Iespējas un piederumi

5.1 Pieejamo opciju saraksts



UZMANĪBU!

Gultas savietojamība ar papildaprīkojumā pieejamām daļām

Nepareiza šī izstrādājuma kombinācija ar papildaprīkojumā pieejamām daļām, kuras nav “Invacare”, var radīt traumas vai bojājumus.

- Pirms “Invacare” gultas kombinēšanas ar citu ražotāju produktiem ir jāveic riska novērtējums.
- Ja rodas šaubas par “Invacare” gultas izmantošanu kopā ar citu ražotāju produktiem, sazinieties ar “Invacare” pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu informāciju.



IEVĒRĪBAI!

- Izmantojiet tikai oriģinālās opcijas un rezerves daļas. Iespēju un rezerves daļu sarakstus un papildu lietotāja rokasgrāmatas var pasūtīt uzņēmumā “Invacare”.



Reģionālo atšķirību dēļ informāciju par pieejamām opcijām skatiet vietējā “Invacare” tīmekļa vietnē vai katalogā vai sazinieties ar vietējo “Invacare” pakalpojumu sniedzēju.


- Sānu margas
 - Scala Basic 2
3/4 gara saliekama tērauda sānu marga (168 cm x 40 cm), kas uzstādīta uz sānu caurules. Atbloķēšanas poga galvgalī
 - Scala Basic Plus 2
3/4 gara saliekama tērauda sānu marga (168 cm x 40 cm), kas uzstādīta uz sānu caurules. Atbloķēšanas poga galvgalī
 - Scala Medium 2 sānu marga
3/4 gara saliekama tērauda sānu marga (165 cm x 46 cm), kas uzstādīta uz sānu caurules. Atbloķēšanas poga galvgalī
 - Scala Decubi 2 sānu marga
3/4 gara saliekama tērauda sānu marga (168 cm x 54 cm), kas uzstādīta uz sānu caurules. Atbloķēšanas poga galvgalī
 - Bella
Pilna garuma saliekama koka sānu marga (205 cm x 40 cm), kas uzstādīta uz kājgaļa virzītājiem. Atbloķēšanas pogas abos galos
 - Bella extended
Pilna garuma saliekama koka sānu marga (220 cm x 40 cm), kas uzstādīta uz kājgaļa virzītājiem. Atbloķēšanas pogas abos galos
 - Aria
Pilna garuma saliekama tērauda sānu marga (206 cm x 40 cm), kas uzstādīta uz kājgaļa virzītājiem. Atbloķēšanas pogas abos galos
 - Verso HC
3/4 gara saliekama tērauda sānu marga (150 cm x 40 cm), kas uzstādīta uz sānu caurules. Atbloķēšanas poga kājgalī.

- Matrača atbalsta pagarinājums (kājgalis) — 15 cm
- Pacelšanas balsts
- Fiksēti atbalsta rokturi — 25 cm x 30 cm, 25 cm x 80 cm, 40 cm x 30 cm, 40 cm x 50 cm vai 40 cm x 80 cm
- Rokas vadības iekārtas
 - Ar atzveltnes, augšstilbu daļas un augstuma pielāgošanu
 - Ar atzveltnes, augšstilbu daļas un augstuma pielāgošanu, kā arī noliekšanas un pretnoliekšanas funkciju
 - Ar atzveltnes, augšstilbu daļas un augstuma pielāgošanu, kā arī pretnoliekšanas funkciju
- “Soft Tilt” — pacienta pārvietošanas sistēma, kas uzstādīta uz matrača platformas.
- Pārvadāšanas stiprinājumi


5.2 Pārvadāšanas kronšteini

Izmantojiet pārvadāšanas kronšteinus, lai uzglabātu un transportētu gultu:


1.




2.




3.




4.



5.



6.



6 Apkope

6.1 Vispārīga informācija par apkopi



UZMANĪBU!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

- Neveiciet nekādas apkopes vai apkalpes procedūras, kamēr izstrādājums tiek lietots.

Lai izstrādājums vienmēr būtu gatavs lietošanai, rīkojieties saskaņā ar šajā rokasgrāmatā aprakstītajām apkopes procedūrām.

6.2 Ikdienas pārbaudes



BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai aprīkojuma bojājumu risks

Bojātas vai nodilušas detaļas var ietekmēt izstrādājuma drošību.

- Izstrādājums ir jāpārbauda pirms katras lietošanas.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja ir konstatēts bojājums vai apšaubāt kādas izstrādājuma daļas drošību. Nekavējoties sazinieties ar “Invacare” pakalpojumu sniedzēju un nodrošiniet, ka izstrādājums netiek izmantots, kamēr nav veikts remonts.

6.2.1 Ikdienas pārbaudu kontrolesaraksts

- ☐ Vizuāli pārbaudiet gultu. Pārbaudiet, vai detaļām nav ārēju bojājumu vai nolietojuma pazīmju.
- ☐ Pārbaudiet visu aparāturu, stiprinājuma vietas, spriegojumam pakļautās daļas un visus kustīgos savienojumus, lai konstatētu nolietojuma, plaisāšanas, spurošanās, deformēšanās vai nolietojuma pazīmes.
- ☐ Pārbaudiet, vai rokas vadības iekārta un visi aktuatori darbojas bez aizķeršanās.

6.3 Vispārīga informācija par apkopi



IEVĒRĪBAI!

- Apkopes pārbaudu laikā matrača atbalsts jāatbalsta, lai novērstu nejaušu nolaišanos zemāk.
- Gultas tehnisko apkalpošanu un apkopi drīkst veikt tikai personāls, kas ir saņēmis nepieciešamos norādījumus vai apmācību.
- Pēc gultas oriģinālās konstrukcijas salikšanas vai gultas funkciju maiņas jāveic apkope saskaņā ar kontrolesarakstu.

Valstīs, kur uzņēmumam “Invacare” ir savs tirdzniecības uzņēmums, ir iespējams noslēgt apkalpes līgumu. Konkrētās valstīs uzņēmums “Invacare” piedāvā gultas apkalpes un apkopes kursus. No uzņēmuma “Invacare” var saņemt rezerves daļu sarakstus un papildu lietotāja rokasgrāmatas.

Pirms lietošanas

- Pārliedziniet, ka visas mehāniskās un elektriskās detaļas darbojas pareizi un ir drošā tehniskā stāvoklī.

Ik pēc trīs mēnešiem

- Pārliedziniet, ka visas mehāniskās un elektriskās detaļas darbojas un pievelciet visas skrūves un uzgriežņus utt.

Katru gadu

- Mēs iesakām veikt drošības testu, kas ietver aktuatora veikspējas un mehāniskā stāvokļa izvērtēšanu.

Katru otro gadu

- Mēs ļoti iesakām veikt apkopi saskaņā ar tālāk redzamo kontrolesarakstu pēc diviem normālas lietošanas gadiem un pēc tam — katru otro gadu.



Aktuatorus, rokas vadības un vadības iekārtu apkalpe tiek veikta, nomainot bojāto daļu.

6.3.1 Apkopes kontrolesaraksts

Pārbaudāmās lietas

- ☐ Vizuāla visu gultas daļu apskate (nav deformācijas)
- ☐ Sprostgredzeni, šķelttapas un plastmasas stiprinājuma gredzens — atbilstoši nostiprināti un neskarti.
- ☐ Skrūves — pievilktas.
- ☐ Metinājumi — veseli (bez nodiluma un nolietojuma)
- ☐ Ritenīši (griežas bez aizķeršanās)
- ☐ Ritenīšu stiprinājumi — pievilkti.
- ☐ Ritenīšu bremzes — atbilstoši nobloķējas.
- ☐ Visi motori — darbojas pareizi (ar vienmērīgu ātrumu un zemu trokšņu līmeni).
- ☐ Kabeļi — izvietoti pareizi un nav bojāti.
- ☐ Elektriskie spraudņi — nav bojāti.
- ☐ Sānu margu fiksējošā un kustīgā sistēma — atbilstoši nofiksējas un darbojas bez aizķeršanās.
- ☐ Piederumi un/vai papildaprīkojumā pieejamās daļas — salikti pareizi un darbojas pareizi.
- ☐ Bojāts pārklājums — saremontēts.
- ☐ Smērvielas noplūde — smērvielas pārbaude.



UZMANĪBU!

Traumu gūšanas vai īpašuma bojājumu risks

Smērvielas noplūdes var radīt nejaušus kritienus vai ugunsgrēku.

- Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, ja konstatējat smērvielas noplūdi vai citas atliekvielas.

6.4 Pārbaude pēc pārvietošanas — sagatavošanās jaunam lietotājam



IEVĒRĪBAI!

Kad gulta ir pārvietota, pirms tās nodošanas jaunam lietotājam tā ir rūpīgi jāpārbauda.

- Pārbaude ir jāveic apmācītam profesionālim.
- Regulārās apkopes informāciju skatiet apkopes tabulā.

6.5 Tīrīšana un dezinfekcija

6.5.1 Vispārīga drošības informācija



UZMANĪBU!

Piesārņojuma risks

- Veiciet sevi pasargājošus piesardzības pasākumus un izmantojiet atbilstošus aizsarglīdzekļus.

**UZMANĪBU!****Elektrošoka un izstrādājuma bojājumu risks**

- Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla, ja iespējams.
- Tīrot elektroniskos komponentus, ņemiet vērā to aizsardzības klasi pret ūdens iekļūšanu.
- Nodrošiniet, ka ūdens šļaksti nenonāk uz kontaktdakšas vai sienas kontaktligzdas.
- Nepieskarieties strāvas padeves ligzdai ar mitrām rokām.

**IEVĒRĪBAI!**

Nepiemērotu šķidrumu vai metožu izmantošana var kaitēt izstrādājumam vai bojāt to.

- Visiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem jābūt iedarbīgiem, saderīgiem un jāaizsargā izstrādājumi, kuru tīrīšanai tie ir paredzēti.
- Nekad nelietojiet kodīgus šķidrumus (sārmus, skābi utt.) vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Mēs iesakām izmantot ierastu mājāsaimniecības tīrīšanas līdzekli, piemēram, trauku mazgājamo līdzekli, ja nav citādi norādīts tīrīšanas norādījumos.
- Nekad nelietojiet šķīdinātāju (celulozes šķīdinātāju, acetonu utt.), kas maina plastmasas struktūru vai izšķīdina piestiprinātās uzlīmes.
- Pirms atkārtotas lietošanas vienmēr pārliedziniet, ka izstrādājums ir pilnībā nožuvies.



Tīrīšanai un dezinficēšanai klīniskajā vai ilgtermiņa aprūpes vidē, ievērojiet iestādes procedūras.

6.5.2 Tīrīšanas intervāli**IEVĒRĪBAI!**

Regulāra tīrīšana un dezinficēšana garantē vienmērīgu darbību, pagarina darbmūžu un novērš piesārņojumu.

Tīriet un dezinficējiet izstrādājumu:

- regulāri, kamēr tas tiek lietots,
- pirms un pēc jebkādam apkalpes procedūrām,
- kad tas ir bijis saskarē ar ķermeņa šķidrumiem,
- pirms tā izmantošanas citam lietotājam.

6.5.3 Tīrīšana ar rokām

Visi komponenti (izņemot noņemamos tekstilizstrādājumus)

- Tīrīšanas līdzeklis: mēs iesakām izmantot maigu mazgāšanas līdzekli ar neitrālu vai gandrīz neitrālu pH (5–9).



Var izmantot tirdzniecībā pieejamos patēriņa produktus, piemēram, trauku mazgāšanas līdzekli rokām vai universālus tīrīšanas līdzekļus. Izlasiet norādījumus uz tīrīšanas līdzekļa etiķetes un izmantojiet to norādītajā koncentrācijā.

- Maks. ūdens temperatūra: 40 °C

1. Rūpīgi noslaukiet virsmas ar mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, līdz tiek noņemti visi redzamie netīrumi.
2. Noņemiet visus mazgāšanas līdzekļa atlikumus ar tīru, mitru drānu.
3. Noslaukiet sausu, izmantojot tīru mīkstu drānu.

Noņemamie tekstilizstrādājumi (ieskaitot polsterējumu un matračus)

- Skatiet katram izstrādājumam piestiprināto uzlīmi.

6.5.4 Dezinfekcijas norādījumi**Aprūpe mājās apstākļos**

- Dezinfekcijas līdzeklis: Mēs iesakām izmantot virsmu dezinfekcijas līdzekli uz spirta bāzes (ar 70–90% spirta).



Izlasiet norādījumus uz dezinfekcijas līdzekļa uzlīmes. Tajā ir sniegta informācija par aktivitātes spektru (baktērijas, sēnītes un/vai vīrusi), materiālu saderību un pareizo pakļaušanas iedarbībai laiku.

1. Pirms dezinfekcijas nodrošiniet, ka virsmas ir notīrītas.
2. Samitriniet mīkstu drāniņu un noslaukiet/dezinficējiet visas pieejamās virsmas un turiet tās samitrinātas uz dezinfekcijas līdzekļa uzlīmes norādīto pakļaušanas iedarbībai laiku.
3. Ļaujiet izstrādājumam nožūt apkārtējā gaisā.

Iestādes aprūpē

Ievērojiet iestādes dezinfekcijas procedūras un izmantojiet tikai šajā dokumentā norādītos dezinfekcijas līdzekļus un metodes.

6.6 Eļļošana

Pēc apkopes un tīrīšanas vai berzes samazināšanai mēs iesakām ieeļļot gultu atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem.

Gultas daļa	Eļļošanas metode
Matrača atbalsta rotējošie mehānismi	Eļļa (medicīniski tīra)
Matrača atbalsta motoru stiprinājuma vietas	Eļļa (medicīniski tīra)
Motora gultņi un nospriegojuma stieņi	Eļļa (medicīniski tīra)



Sānu koka margu bīdāmo sistēmu nedrīkst eļļot, jo pretējā gadījumā koka stieņi kustēsies gausi.

Lai pasūtītu pareizo eļļu, sazinieties ar “Invacare” pakalpojumu sniedzēju.

7 Pēc darbmūža beigām

7.1 Utilizācija

Rūpējieties par apkārtējo vidi un pēc izstrādājuma darbmūža beigām nododiet to pārstrādei atbilstošā uzņēmumā.

Izjauciet izstrādājumu un tā komponentus, lai atsevišķus materiālus varētu atdalīt un pārstrādāt atsevišķi.

Izlietoto izstrādājumu un iepakojumu likvidēšana un pārstrāde jāveic saskaņā ar katras valsts likumiem un noteikumiem par atkritumu pārstrādi. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

7.2 Atjaunošana

Šo izstrādājumu var lietot atkārtoti. Lai izstrādājumu atjaunotu izmantošanai jaunam lietotājam, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pārbaude
- Tīrīšana un dezinfekcija

Detalizētu informāciju skatiet sadaļā *6 Apkope*, 22. lpp.

Pārliecinieties, ka kopā ar izstrādājumu jums tiek nodota arī lietotāja rokasgrāmata.

Nelietojiet šo izstrādājumu, ja tiek konstatēti kādi bojājumi vai nepareiza darbība.

8 Problēmu novēršana

8.1 Elektriskās sistēmas problēmu novēršana

Pazīme	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Elektrotīkla indikators neiedegas	Nav savienojuma ar elektrotīklu	Izveidojiet savienojumu ar elektrotīklu
	Izdedzis vadības iekārtas drošinātājs	* Nomainiet vadības iekārtu
	Vadības iekārta ir bojāta	* Nomainiet vadības iekārtu
Elektrotīkla indikators iedegas, bet motors nedarbojas. No releja vadības iekārtā atskan klikšķis.	Motora spraudnis nav pilnībā ievietots vadības iekārtā.	Ievietojiet motora spraudni atbilstoši vadības iekārtā
	Motors ir bojāts.	* Nomainiet motoru
	Motora kabelis ir bojāts.	* Nomainiet kabeli
	Vadības iekārta ir bojāta	* Nomainiet vadības iekārtu
Elektrotīkla indikators iedegas, bet motors nedarbojas. No vadības iekārtas nav dzirdama releja skaņa.	Vadības iekārta ir bojāta	* Nomainiet vadības iekārtu
	Rokas vadības iekārta ir bojāta	* Nomainiet rokas vadības iekārtu
Vadības iekārta darbojas, izņemot vienu virzienu vienā kanālā.	Vadības iekārta ir bojāta	* Nomainiet vadības iekārtu
	Rokas vadības iekārta ir bojāta	* Nomainiet rokas vadības iekārtu
Motors darbojas, bet klanis nekustas.	Motors ir bojāts	* Nomainiet motoru
Motors nevar veikt pacelšanu ar pilnu slodzi.		
Atskan motora skaņa, bet klanis nekustas.		
Klanis darbojas uz iekšpusi, nevis ārpusi.		

* Gultas apkalpošanu un apkopi drīkst veikt tikai personāls, kas ir atbilstoši instruēts un apmācīts.



BRĪDINĀJUMS!

Darbinieku traumu gūšanas un/vai izstrādājuma bojājumu risks.

— Pirms elektrisko detaļu atvēršanas vai remontēšanas gulta ir jāatvieno no elektrotīkla.

9.4 Matraču izmēri

Pieļaujamie matraču izmēri atkarībā no sānu margām

Sānu marga	Matrača izmērs		
	Augstums [cm]	Platums [cm]	Garums [cm]
Bella/Aria high ¹⁾	6 – 12	85,5–90	200 – 208
Bella /Aria low ²⁾	12 – 18	85,5–90	200 – 208
Scala Basic 2	10 – 18	85,5–90	200 – 208
Scala Basic Plus	10 – 18	85,5–90	200 – 208
Scala Medium	10 – 22	85,5–90	200 – 208
Scala Decubi 2 sānu marga	23 – 31	85,5–90	200 – 208
Verso HC	10 – 18	85,5–90	200 – 208

¹⁾ Matrača balsts uzstādīts augstā pozīcijā.

²⁾ Matrača balsts uzstādīts zemā pozīcijā.

Gultām, kas aprīkotas ar matrača atbalsta pagarinājumu, pievienojiet 15 cm.

Min. blīvums: 38 kg/m

9.5 Elektriskie dati

Sprieguma padeve	Uin = 230 V, maiņstrāva, 50/60 Hz (AC = maiņstrāva)
Maksimālā ieejas strāva	Iin maks. = 1,5 A
Intermitējošs (periodiska motora darbība)	Iint = 10%, maks. 2 min./18 min.
Izolācijas klase	II klases iekārta
B tipa daļa, kas ir tiešā saskarē ar pacientu	Daļa, kas ir tiešā saskarē ar pacientu un atbilst norādītajām prasībām par aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu saskaņā ar standartu IEC60601-1.
Trokšņu līmenis	no 45 līdz 50 dB (A)
Aizsardzības pakāpe	Elektriskā sistēma ir IPX4 , kas aizsargāta pret ūdeni, kas izšļakstīts pret komponentiem no jebkuras puses.  Augstuma pielāgošanas motori ir IPX4 . Matrača platformas motori, vadības bloks un rokas vadība ir IPX6 . IPX6 — šie elektriskie komponenti ir aizsargāti pret ūdeni, kas izplūst spēcīgā strūklā no jebkura virziena.



Gulta nav aprīkota ar izolatoru (galveno slēdzi). Ja gulta ir jāatvieno elektriski, tā ir jāatvieno no kontaktligzdas.

9.6 Apkārtējās vides apstākļi

	Uzglabāšana un transportēšana	Ekspluatācija
Temperatūra	No -10 °C līdz +50 °C	No +5 °C līdz +40 °C
Relatīvais mitrums	No 20% līdz 80%, bez kondensāta	
Atmosfēras spiediens	No 700 hPa līdz 1060 hPa	



Pirms izstrādājuma lietošanas ļaujiet tam sasniegt darba temperatūru.

- Uzsildīšana no minimālās uzglabāšanas temperatūras var ilgt līdz 24 stundām.
- Atdzesēšana no maksimālās uzglabāšanas temperatūras var ilgt līdz 24 stundām.

10 Elektromagnētiskā saderība

10.1 Vispārīga informācija par EMS

Elektriskās medicīnas iekārtas ir jāuzstāda un jālieto saskaņā ar šajā rokasgrāmatā iekļauto EMS informāciju.

Šis izstrādājums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu IEC/EN 60601-1-2 noteiktajiem B klases iekārtas EMS ierobežojumiem.

Šī izstrādājuma darbību var ietekmēt pārnēsājamās un mobilās RF sakaru ierīces.

Citu ierīču darbu var ietekmēt pat zems elektromagnētiskais starojums, ko pieļauj iepriekš minētie standarti. Lai noteiktu, vai traucējumus rada šī izstrādājuma starojums, ieslēdziet un atkal izslēdziet šo izstrādājumu. Ja citu ierīču darbība vairs netiek traucēta, tas nozīmē, ka traucējumus rada šis izstrādājums. Šādos retos gadījumos traucējumus var mazināt vai novērst, veicot kādu no šīm darbībām.

- Mainiet ierīču stāvokli, pārvietojiet tās vai palieliniet attālumu starp tām.

10.2 Elektromagnētiskais starojums

Norādījumi un ražotāja deklarācija

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai elektromagnētiskā vidē, kā norādīts tālāk. Šī izstrādājuma pircējam vai lietotājam vajadzētu nodrošināt, ka tas tiek lietots šādā vidē.

Emisijas tests	Atbilstība	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
RF emisijas CISPR 11	I grupa	Šis izstrādājums lieto RF enerģiju tikai tā iekšējām funkcijām. Tādēļ RF emisijas ir ļoti zemas un nav ticams, ka tās varētu izraisīt netālu esošu elektronisku iekārtu traucējumus.
RF emisijas CISPR 11	B klase	Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai visās iestādēs, tostarp arī mājās un tajās iestādēs, kas ir tieši saistītas ar publisko zemsprieguma elektroapgādes tīklu, kas apgādā ēkas, ko izmanto mājtsaimniecības vajadzībām.
Harmoniskais starojums IEC 61000-3-2	A klase	
Sprieguma svārstības/mirgojošā emisija IEC 61000-3-3	Atbilst	

10.3 Elektromagnētiskā imunitāte

Norādījumi un ražotāja deklarācija

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai elektromagnētiskā vidē, kā norādīts tālāk. Šī izstrādājuma pircējam vai lietotājam vajadzētu nodrošināt, ka tas tiek lietots šādā vidē.

Imunitātes tests	Pārbaudes/atbilstības līmenis	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV saskarē ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV gaisā	Grīdām vajadzētu būt no koka, betona vai keramikas flīzēm. Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisko materiālu, relatīvajam mitrumam vajadzētu būt vismaz 30 %.
Elektrostatiski pārejas procesi/impulsu paketes IEC 61000-4-4	±2 kV elektroapgādes līnijām; 100 kHz atkārtojuma frekvence ±1 kV ievades/izvades līnijām; 100 kHz atkārtojuma frekvence	Elektrotīkla strāvas kvalitātei vajadzētu būt tādai, kas raksturīga tirdzniecības vai slimnīcas videi.
Pārsprieguma impulss IEC 61000-4-5	±1 kV līnija ar līniju ±2 kV līnija ar zemi	Elektrotīkla strāvas kvalitātei vajadzētu būt tādai, kas raksturīga tirdzniecības vai slimnīcas videi.

Imunitātes tests	Pārbaudes/atbilstības līmenis	Elektromagnētiskā vide — norādījumi
Sprieguma iekritumi, īsi pārtraukumi un svārstības ievades līnijās IEC 61000-4-11	<0% U_T 0,5 ciklam ar 45° iedaļām 0% U_T 1 ciklam 70% U_T 25/30 cikliem <5% U_T 250/300 cikliem	Elektrotīkla strāvas kvalitātei vajadzētu būt tādai, kas raksturīga tirdzniecības vai slimnīcas videi. Ja šī izstrādājuma lietotājs vēlas, lai darbība netiktu pārtraukta arī elektrotīkla strāvas pārrāvuma gadījumos, ieteicams izstrādājumu darbināt no cita nepārtrauktās barošanas avota vai akumulatora. U_T ir a. c. maiņstrāvas barošanas spriegums pirms testa līmeņa pielietošanas.
Strāvas frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks IEC 61000-4-8	30 A/m	Strāvas frekvences magnētiskajiem laukiem vajadzētu būt tādiem, kas raksturīgi tipiskai komerciālai vai slimnīcas videi.
Vadītā RF IEC 61000-4-6	3 V No 150 kHz līdz 80 MHz 6 VISM un amatiera radio joslās	Fiksēto raidītāju spēka lauki, piemēram, radio telefonu (mobilais/bezvadu) bāzes stacijas, sauszemes mobilās radiostacijas, amatieru radio, AM un FM radio un TV translāciju nav iespējams teorētiski paredzēt ar precizitāti. Lai izvērtētu fiksēto RF raidītāju radīto elektromagnētisko vidi, vajadzētu ņemt vērā elektromagnētiskā lauka plānu. Ja izmērītais lauka spēks vietā, kur tiek lietots šis izstrādājums, pārsniedz piemērojamo iepriekš norādīto RF atbilstības līmeni, tad šo izstrādājumu vajadzētu novērot, lai pārbaudītu, vai tas darbojas normāli. Ja tiek novēroti darbības traucējumi, var būt nepieciešama papildu rīcība, piemēram, šī izstrādājuma novietošana citādi vai citā vietā. Traucējumi var rasties tādu iekārtu tuvumā, kas marķētas ar šādu simbolu: 
Starojuma RF IEC 61000-4-3	10 V/m No 80 MHz līdz 2,7 GHz 385 MHz–5785 MHz pārbaudes specifikācijas imunitātei pret RF bezvadu sakaru aprīkojumu skatiet IEC 60601-1-2 9. tabulā	Portatīvais un mobilais RF sakaru aprīkojums ir jālieto ne tuvāk par 30 cm no kādas no šī izstrādājuma daļas, tostarp kabeļiem.



Šis vadlīnijas var neattiekties uz visām situācijām. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanos ietekmē absorbcija un atstarošana no ēkām, objektiem un cilvēkiem.

10.3.1 EMS tehniskie dati

IEC 60601-1-2 — 9. tabula

Pārbaudes frekvence (MHz)	Josla ^{a)} (MHz)	Pakalpojums ^{a)}	Modulācija ^{b)}	Imunitātes testa līmenis (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Impulsa modulācija ^{b)} 18 Hz	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ±5 kHz novirze 1 kHz sinuss	28
710 745 788	704 - 787	LTE Band 13, 17	Impulsa modulācija ^{b)} 217 Hz	9
810 870 930	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Impulsa modulācija ^{b)} 18 Hz	28
1720 1845 1970	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Impulsa modulācija ^{b)} 217 Hz	28
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Impulsa modulācija ^{b)} 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Impulsa modulācija ^{b)} 217 Hz	9



Ja nepieciešams sasniegt imunitātes testa līmeni, attālumu starp raidantenu un medicīnisko elektroaprīkojumu vai sistēmu var samazināt līdz 1 m. 1 m pārbaudes attālums ir atļauts IEC 61000-4-3.

^{a)} Dažiem pakalpojumiem ir pieejamas tikai augšupsaites frekvences.

^{b)} Sakaru operators ir jāmodulē, izmantojot 50% darba cikla taisnstūrveida signālu.

^{c)} Kā alternatīvu FM modulācijai nesēju var modulēt ar impulsu, izmantojot 50% slodzes cikla kvadrātveida signālu pie 18 Hz. Lai gan tas neatbilstoši faktisko modulāciju, tas būtu sliktāks gadījums.

**EU Export:**

Invacare Poirier SAS

Route de St Roch

F--37230 Fondettes

Tel: (33) (0)2 47 62 69 80

serviceclient_export@invacare.com

www.invacare.eu.com



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park,
Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
Apvienotā Karaliste



Invacare Portugal Unipessoal, Lda
Rua Estrada Velha 949
4465-784 Leça do Balio
Portugãle

60128494-F 2025-08-07



Making Life's Experiences Possible®



Yes, you can.®